MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-374	PS/CH/82266

PRODUCTO
Hugo®, Pinzas de agarre fenestradas bipolares para cirugía robótica (Robotic-Assisted Surgery, RAS)
Código de artículo MRASI0004
UDI: 0763000B00006367Z

Nº SERIE
Ver nos de serie afectados en España en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Covidien llc, EE UU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica S.A., Plaça de la Pau s/n Almeda Park, World Trade Center Edificio 7 3ª planta, 08940- Cornellà de Llobregat.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas pinzas de agarre fenestradas bipolares para cirugía robótica Hugo®, debido a la posibilidad de rotura de la mordaza de las pinzas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V R V Y 5 V T A 6 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89