MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-378	PS/MJF/82437

PRODUCTO
Aplicación del programador del médico (CP App) Vanta™, Referencia A71200.

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo destinado a ser utilizado por un médico para la programación del neuroestimulador implantable para el tratamiento del dolor Vanta, modelo 977006.

VERSION SOFTWARE
v2.0.2455

FABRICANTE
Medtronic Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica. C/María de Portugal, 11. 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la aplicación del programador del médico (CP App) Vanta™, debido a la posibilidad de que se muestre el mensaje “Se han encontrado demasiados dispositivos” y no pueda conectarse al neuroestimulador implantable (INS) Vanta™, modelo 977006, cuando un paciente tiene implantado más de un neuroestimulador.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C Y G Y W J F 7 E C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89