ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-380	PS/TS/81298

PRODUCTO
Kits BVI CustomEyes®, con jeringas de Becton Dickinson (BD) 1 ml LS 40 UI referencia 303173

FINALIDAD PREVISTA
Kit para cirugía oftalmológica

AGRUPADOR
Beaver Visitec International Ltd, Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Medical Mix S.L.U. Carrer Amposta, 20, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con las jeringas de BD de 1 ml LS 40UI, con referencia 303173, incluidas en los kits BVI CustomEyes® debido a que su uso intraocular no ha sido validado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 3 G 4 A F E 6 A B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89