MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-382	PS/PRV/82409

PRODUCTO
Varios test de diagnóstico microbiológico fabricados por bioMerieux.
Ver referencias y números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
bioMerieux SA, Francia

DISTRIBUIDOR
bioMérieux Iberia / bioMérieux España S.A.U. Calle Manuel Tovar 45-47 – 28034 – Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de determinadas referencias y números de lotes de varios test de diagnóstico microbiológico fabricados por bioMerieux debido a que no se puede garantizar el rendimiento del producto por un problema durante el transporte.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B 8 R V T P D 2 D A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89