MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-381	PS/TS/81194

PRODUCTOS
Sistemas Sensis/Sensis Vibe Combo. N^{os} de modelo 11007642 y 10764561

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de registro de exploraciones hemodinámicas y electrofisiológicas del laboratorio de cateterismo cardíaco.

VERSION SOFTWARE
VD12A

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Avenida Leonardo da Vinci, 15 28906 Getafe (Madrid)

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas Sensis/Sensis Vibe Combo con versión de software VD12A, debido a que se podría perder la comunicación con ComboBox.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V W 3 J V W G B 7 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89