MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-390	PS/PL/82733

PRODUCTO
Automated immuClone Anti-K (Kell) IgM, referencia: 0066088

FINALIDAD PREVISTA
Se utiliza para detectar el antígeno K (Kell) en eritrocitos humanos. Este reactivo es de uso exclusivo para técnica automatizada en microplaca.

Nº LOTE

- 922040 con fecha de caducidad 30-11-2022
- 922041 con fecha de caducidad 30 -04-2023
- 922042 con fecha de caducidad 31-10-2023
- 922043 con fecha de caducidad 30-04-2024

FABRICANTE
IMMUCOR Medizinische Diagnostik GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Immucor S.L., Parc Technologic del Valles, C/Argenters, 7, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados números de lote del producto Automated immuClone Anti-K (Kell) IgM referencia 0066088, debido a un error en el etiquetado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S C V Y A Y 7 4 8 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89