ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-395	PS/NA/82518

PRODUCTO
Tapones amarillos Luer Slip orientados hacia arriba (DISCPAC); código producto: H93866100.

FINALIDAD PREVISTA
Tapones estériles destinados a cubrir la punta de los dispensadores luer slip utilizados en administración parenteral para evitar fugas y contaminación,

Nºs DE LOTE
Lotes con fecha de caducidad entre el 07/2022 y 05/2025.

FABRICANTE
Baxter Healthcare SA., Suiza.

DISTRIBUIDOR
Baxter S.L., Polígono Industrial Sector 14, Pouet de Camilo 2, Ribarroja del Turia, 46394 Valencia.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de tapones amarillos luer slip (DISCPAC), con código de producto H93866100, debido a la posibilidad de que el sello del envase no mantenga una barrera estéril.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A P R E 6 V R 3 8 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89