MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-394	PS/TS/82692

PRODUCTO
Bomba de nutrición enteral Flocare® Infinity™ II (Ver referencias afectadas en nota de aviso de la empresa)

Nº SERIE
Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Nutricia Medical Devices BV, Holanda

DISTRIBUIDOR
Danone Nutricia SRL C/ Torrelaguna, 77, 6ª planta C.P. 28043 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas bombas de nutrición enteral Flocare® Infinity™ II, debido a que podría producirse una interrupción inesperada e inadvertida de la terapia de alimentación enteral.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L G J 9 C D B F A D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89