DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-391	PS/JMP/82763

PRODUCTO

- SpaceStation con SpaceCom (referencia: 8713142)
- SpaceCom (referencia: 8713160)
- Paquete de baterías SP (Li-Ion) incl. pin con WiFi (referencia: 8713182A)

VERSIÓN SOFTWARE

Ver en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

B.Braun Melsungen AG, Alemania

DISTRIBUIDOR

B. Braun Medical, S.A., Carretera de Terrassa, 121, 08191, Rubí

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados dispositivos SpaceStation, SpaceCom y baterías SP con WiFi debido a potenciales vulnerabilidades de ciberseguridad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X Y 8 P P F 4 3 7 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89