MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-392	PS/NA/82269

PRODUCTO
Decodificador MNA-240
(ver referencias y modelos afectados en nota de aviso de la empresa).

FINALIDAD PREVISTA
Decodificador de quirófano que convierte transmisiones por IP RAW sin comprimir en señales de vídeo digital y señales de vídeo DVI y otras señales tales como las de audio y USB, pudiendo alcanzar una resolución 4K.

FABRICANTE
Barco NV, Bélgica.

DISTRIBUIDOR
DITEC Comunicaciones S.L., C/ Sicilia 368, bajo, 08025 Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados decodificadores de quirófano MNA-240, debido a un posible sobrecalentamiento por una instalación incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.
- Instrucciones de instalación actualizadas del manual de uso de MNA-240.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 Z K 3 J 8 S 6 A 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89