MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-400	PS/PF/82819

PRODUCTO
Tiras de iChemVELOCITY, referencia 800-7204.

FINALIDAD PREVISTA
Tiras para el análisis rápido de orina en los sistemas iChemVELOCITY.

Nº LOTE
7204612M, número de vial: del 11200 al 12500

FABRICANTE
Beckman Coulter Ireland Inc., Irlanda

DISTRIBUIDOR
Beckman Coulter S.L.U.:

- Torre Realia, Plaza Europa 41-43, 4ª planta, 08908 L'Hospitalet De Llobregat, Barcelona
- Calle de Valgrande 8, 28108 Alcobendas, Madrid

ASUNTO
Cese de utilización de determinados números de vial del lote 7204612M de las tiras de iChemVELOCITY, debido a la posibilidad de obtener resultados falsos positivos o falsos negativos para los parámetros de nitrito y esterasa leucocitaria.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C 2 N C E 2 Y 1 5 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89