MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-401	PS/PRV/82264

PRODUCTO

Cables de interfaz de transductor de presión arterial invasiva (IBP) de B.Braun

- 01.57.471975 Cable IBP 12 pines, canal dual
- 01.57.471835 Cable IBP 6 pines
- 01.57.471836 Cable IBP 12 pines

FINALIDAD PREVISTA

Para conectar los sensores de presión arterial invasiva de B.Braun al monitor del paciente, actuando solo como conexión de accesorios y transmisión de señal a monitores de Edan.

FABRICANTE

Edan Instruments, Inc., China.

DISTRIBUIDOR

HANS E. RUTH S.A. Instrumentos Médicos. C./ de la Roda, 14, Polígono Industrial El Regás (Gava), 08850 Barcelona.

ASUNTO

Cese de utilización de determinados cables de interfaz para la conexión de sensores de presión arterial invasiva de B.Braun, debido a que en los monitores se podrían mostrar presiones arteriales invasivas elevadas con respecto al valor real.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X R S 8 3 9 X 5 3 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89