MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-402	PS/CMAG/82168

PRODUCTO

- Aguja guía hidrófila de PC Roadrunner®
- Aguja guía hidrófila Roadrunner® UniGlide®

Ver referencias en nota de aviso de la empresa

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Cook Incorporated, EEUU

DISTRIBUIDOR

Cook Medical EUDC, Robert-Koch-Straße, 2, 52499, Baesweiler, Alemania

ASUNTO

Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas agujas-guía hidrófilas Roadrunner®, debido a que no se puede garantizar su esterilidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C B X V B A 2 F 0 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89