MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2022-409 | PS/RJC/83237 |

**PRODUCTO**
Equipos para procedimientos estériles de Medline que contienen batas OPS Essential

**FABRICANTE**
Medline International France, Francia

**DISTRIBUIDOR**
Medline International Iberia S.L.U., Parque empresarial San Fernando, Avenida de Castilla, nº 2, Planta Baja, local B, Edif. Munich, 28830, San Fernando de Henares, Madrid.

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionadas con los equipos para procedimientos estériles de Medline que contienen determinados números de lote de batas OPS Essential para avisar al usuario de que estas batas solo pueden utilizarse como bata quirúrgica y no como Equipo de Protección Individual (EPI).

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 22/08/2022**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: S 5 W 7 N Z A E A D**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89