MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-411	PS/RJC/82992

PRODUCTO
Equipo MicroClave™ Clear Connector, referencia 011-MC100

FINALIDAD PREVISTA
Equipo de extensión intravenoso diseñado para utilizarse con dispositivos de acceso vascular para la inyección directa, infusión continua o intermitente, aspiración y administración sin aguja de medicamentos y soluciones durante el tratamiento intravenoso.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
ICU Medical, Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR
ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L. Av. de la Transición Española, 24 4ª Pl. – P.E. Omega. Edif. Gamma, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes del equipo MicroClave™ Clear Connector, debido a la posibilidad de una conexión inadecuada entre las carcasas superior e inferior del conector que puede causar fugas de líquido, pérdida de sangre, entrada de aire o contaminación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N W N 4 8 X Y E E A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89