MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-416	PS/MAM/83499
PRODUCTO VIDAS® 3. Número de referencia: 423694	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de inmunoanálisis automatizado.	
VERSION SOFTWARE 1.4.0 y 1.4.1	
FABRICANTE bioMérieux SA. Francia	
DISTRIBUIDOR bioMérieux España S.A.U. Calle Manuel Tovar 45-47. 28034. Madrid	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con las versiones de software 1.4.0 y 1.4.1 del sistema VIDAS® 3 debido a que, por un posible error inesperado, se pueda producir la pérdida de datos y un retraso en la emisión de resultados.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8 J Q 5 J W E 7 4 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89