MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-418	PS/CH/83236

PRODUCTO

- Guía con Mandril Cope
- Guía de doble punta flexible
- Guía de alma fija (Safe-TJ® curva)
- Guía de alma fija (recta)
- Aguja guía Hidrófila de PC Roadrunner®
- Tubo conector de vinilo

Ver referencias y modelos afectados en el Anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en el Anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Cook Incorporated, EE UU

DISTRIBUIDOR

COOK ESPAÑA, S.L., C/ Vía Augusta, 2 bis - 5ª planta, CP 08006 Barcelona

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de guías y tubos conectores fabricados por Cook Incorporated, debido a que su esterilidad puede estar comprometida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 30/08/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: G C E N E Q J 9 6 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89