ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-419	PS/MAM/83090

PRODUCTO

- Botellas humidificadoras con filtros de jeringa, número de pieza **AY102295,** utilizadas con la incubadora BT37.
- Botellas humidificadoras con filtros de jeringa, número de pieza **AY200246,** utilizadas con la incubadora MKII BT37.

FINALIDAD PREVISTA

Incubadora de flujo laminar para inseminación.

Nº LOTE

Ver lotes afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

PlanerLimited. Reino Unido.

DISTRIBUIDOR

Origio Medicult España SL; World Trade Center, Moll de Barcelona s/nº. Edificio Nord, Pl. 4ª, módulos 414-415. 08039 Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de las botellas humificadoras con filtros de jeringa (AY102295 y AY200246) debido a que la esterilidad puede estar comprometida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa