DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-420	PS/CH/82982

PRODUCTO

- Equipos de administración de anestesia Avance CS^2, Avance CS^2 Pro P/N:1009-9050-000 - GTIN: 00840682102322
- Baterías de repuesto instaladas en equipos de anestesia Avance CS^2, Avance CS^2 Pro, Avance, Amingo, Aespire View.

FINALIDAD PREVISTA

Proporcionar anestesia general por inhalación y asistencia ventilatoria a una gran variedad de pacientes (neonatos, pediátricos y adultos). Así como, para proporcionar ventilación controlada por volumen o presión.

FABRICANTE

Datex-Ohmeda, Inc. EE UU

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España. S.A.U. C/ Gobelas 35-37. 28023, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con los equipos de administración de anestesia Avance CS^2, Avance CS^2 Pro y con las baterías de repuesto instaladas en los equipos de anestesia Avance CS^2, Avance CS^2 Pro, Avance, Amingo, Aespire View, debido a la posibilidad de que se apaguen antes de lo indicado por la alarma si están funcionando en batería.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 01/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z R 5 X T 5 P 8 6 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89