MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-423	PS/CH/83640

PRODUCTO

Equipos de administración de anestesia:
Avance CS^2 y Avance CS^2 Pro N/P:1009-9050-000 y GTIN: 00840682102322
Aisys CS^2 N/P: 1011-9050-000 y GTIN: 00840682102292

FINALIDAD PREVISTA

Proporcionar anestesia general por inhalación y asistencia ventilatoria a una gran variedad de pacientes (neonatos, pediátricos y adultos). Así como, para proporcionar ventilación controlada por volumen o presión.

Nº SERIE

Ver nº de serie afectados en el apéndice de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Datex-Ohmeda, Inc. EE UU

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España. S.A.U. C/ Gobelas 35-37. 28023, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con los equipos de administración de anestesia Avance CS^2, Avance CS^2 Pro y Aisys CS^2, debido a la posibilidad de que su base esté agrietada y pueda fracturarse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 N J 5 3 5 G 4 8 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89