MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-426	PS/PF/83518

PRODUCTO

- Diluyente de Atellica HEMA (20L), número de material de Siemens (SMN) 11374303
- Diluyente de Atellica HEMA (10L), número de material de Siemens (SMN) 11374304

FINALIDAD PREVISTA

Diluyente utilizado en los analizadores Atellica HEMA 570 y 580.

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con el diluyente Atellica HEMA debido a la posibilidad de que el asa del contenedor pueda romperse al levantarlo y provocar una lesión.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 06/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5 3 S F 3 4 J B F 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89