MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-430	PS/RJC/83500

PRODUCTO
Sistemas Artis
Ver la relación detallada de productos afectados y los números de modelo en el documento adjunto 1 de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas de imagen intervencionista.

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Calle Mahonia, 2, 4ª Planta, Edificio Pórtico, 28043, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Artis debido a la posibilidad de que no pueda activarse la emisión de rayos X hasta que se apague el sistema.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V P B A Z P 9 5 E 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89