MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-428	PS/MAM/84170
PRODUCTO Sistemas de anestesia Aisys CS2, Avance CS2 y Avance CS2 Pro.	
FINALIDAD PREVISTA Los dispositivos están destinados a la ventilación con control de volumen o de presión por un médico clínico cualificado en la administración de anestesia general.	
Nº SERIE Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Datex-Ohmeda, Inc. EEUU.	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelas 35-37, 28023. Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de anestesia Aisys CS2, Avance CS2 y Avance CS2 Pro debido a un posible intercambio en la conexión del transductor de presión de las botellas de O2 y aire.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J G 2 9 E 7 7 7 3 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89