

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2022-431	<b>REFERENCIA</b> PS/NA/83783
<b>PRODUCTO</b> Sistema de Diagnóstico Unificado de Arritmia PocketECG III, tipo PECGT-III.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> El transmisor PocketECG es parte del Sistema de Diagnóstico Unificado de Arritmia de Medicalgorithmics PocketECG III y ha sido diseñado para adquirir, analizar, visualizar, registrar y/o transmitir los datos del ECG y de aceleración.	
<b>FABRICANTE</b> Medicalgorithmics S.A., Polonia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Gestion Integral De Clinicas S.L., C/ Sector Foresta, 9 - local 12 y 13, Tres Cantos, 28760 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad y sustitución de las instrucciones de uso relacionadas con el Sistema de Diagnóstico Unificado de Arritmia PocketECG III, tipo PECGT-III, debido a que las que se enviaron entre el 30-04-2020 y el 31-03-2022 están obsoletas.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de aviso empresa.</li> <li>• Instrucciones de uso actualizadas.</li> </ul>	

