MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-432	PS/JMP/77130

PRODUCTO
Dimension® Magnesium Flex. Referencia: DF57; Número de material de Siemens: 10444963
(ver números de UDI en la nota de aviso de la empresa)

FINALIDAD PREVISTA
Determinación cuantitativa de magnesio en suero, plasma y orina.

Nº LOTE
Ver en nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes de los cartuchos del reactivo Dimension Magnesium Flex, debido a que podrían producirse fallos del control de calidad o resultados erróneos en los pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 9 W A F V L 2 2 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89