MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-435	PS/PRV/83403

PRODUCTO
Drystart DT 2 B y Drystart DT 10 B. Referencias: EKL38, 5QSU6, 5QSV8, 51BPD
Ver Nºs de UDI en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Película para impresión de imágenes clínicas en películas secas para diagnóstico

Nºs LOTE
36400026, 36400029

FABRICANTE
AGFA N.V. Bélgica

DISTRIBUIDOR
Agfa N.V. C/ Gaspar Fàfregas i Roses, 81. 08950 Esplugues de Liobregat. Barcelona

ASUNTO
Cese de la utilización de determinados lotes de las películas Drystart DT 2 B y Drystart DT 10 B, debido a un problema de tono en la imagen impresa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa