DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-436	PS/CMAG/84410

PRODUCTO

- MitraClip™ G4 Clip Delivery System
- MitraClip™ NTR/XTR Clip Delivery System
- TriClip™ NT/XT Clip Delivery System
- TriClip™ G4 Clip Delivery System

ver referencias afectadas en el Apéndice A de la nota de aviso

FINALIDAD PREVISTA

Reparación percutánea de válvula Mitral o Tricúspide respectivamente.

FABRICANTE

Abbott Vascular, EE.UU.

DISTRIBUIDOR

Abbott Medical España S.A, Av. Burgos, 91. 28050 Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de liberación de clips MitraClip y TriClip, debido a un posible mal funcionamiento del mecanismo de bloqueo del clip.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C E 3 Q 8 G P F 1 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89