DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-438	PS/CMAG/84146
PRODUCTO Broca helicoidal de 3.5mm de diámetro (código de producto: 9084.20.081) UDI-DI: 08033390099677	
FINALIDAD PREVISTA Preparación del hueso glenoide durante las intervenciones quirúrgicas de hombro	
Nº LOTE 21AR00L	
FABRICANTE Limacorporate SPA, Italy	
DISTRIBUIDOR LIMA Implantes S.L.U. C/ Francisco Sancha 4 3ª planta 28034 Madrid	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 21AR00L de la broca helicoidal de 3.5mm de diámetro, debido a que no cumple con las especificaciones técnicas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F X R E 3 W B A C F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89