MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-442	PS/JMP/82802
PRODUCTO Electrodo desechable de aguja hipodérmica (Platino/Iridio). Referencias: TE/S46-638 y TE/S46-638/01	
FINALIDAD PREVISTA Electrodos para electroencefalografía	
Nº LOTE Ver en nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Technomed Europe, Países Bajos	
DISTRIBUIDOR Soinde SL, C/ Burdeos 12B Polígono Europolis. 28232 Las Rozas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados electrodos desechables de aguja subcutánea para electromiografía, debido a que no es compatible su uso en el entorno de resonancia magnética.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 5 3 J A X 9 C 0 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89