MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-445	PS/TS/82761

PRODUCTO

Sistema de biopsia CorVocet™.
Ver códigos de catálogo y n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA

Obtención de muestras de biopsia de tejidos blandos (hígado, riñón, próstata,…)

FABRICANTE

Merit Medical Systems Inc., EE.UU.

DISTRIBUIDORES

- Suministros Médicos EASO Paseo de Zubiaurre, 51 Bajo 20015 San Sebastián (Guipuzcoa)
- Direx SA C. Fernando Beautell, 23, 38009 Santa Cruz de Tenerife
- Clínica y Control SA Rúa Hábitat, 6, 15172 Oleiros, A Coruña
- Ibersurgical SL Carrer de la Vall de la Ballestera, 64, 46015, Valencia, Valencia
- Merit Medical Spain SI Calle Rozabella (ed Paris), 6 1er piso, Las Rozas de Madrid (Madrid)

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados sistemas de biopsia CorVocet™, debido un defecto del producto a causa de un montaje incorrecto

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E G L G J 3 N 1 8 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89