DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-444	PS/PL/83618

PRODUCTO
ARveo 8, ARveo, M530 OH y PROvido, fabricados entre el 1 de julio de 2021 y el 8 de junio de 2022.

FINALIDAD PREVISTA
Microscopios quirúrgicos

FABRICANTE
Leica Microsystems AG, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Leica Microsistemas, S.L.U., Plaza Europa 41-43, 08908, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados microscopios quirúrgicos ARveo 8, ARveo, M530 OH y PROvido debido a que el fotodiodo del portaóptica M530 no sería conforme.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5 8 3 N 9 6 7 9 1 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89