MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-441	PS/RJC/84499

PRODUCTO
IH-QC8 vial 6 mL, referencia 009328
UDI-DI: (01)07611969231560

FINALIDAD PREVISTA
Prueba de antiglobulina directa.

Nº LOTE
08780 82 1

FABRICANTE
DiaMed GmbH, Suiza

DISTRIBUIDOR
Bio-Rad Laboratories, S.A., Calle Caléndula, 95 Edificio M, Miniparc II El Soto de la Moraleja 28109 - Alcobendas (Madrid), España.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 08780 82 1 del IH-QC8, debido a la posibilidad de obtenerse resultados no interpretables en el método manual o automatizado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D J T R 2 S 5 0 A 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89