MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-448	PS/RJC/84536

PRODUCTO

- Starling Patient Cable, referencia CMASC10
- Starling Monitor, referencia CMMST5
- Starling Monitor SV, referencia CMM-ST5
- Starling Monitor with SPO2, referencia CMMST5S

Ver UDI-DI en nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA

Equipos para la medición de parámetros fisiológicos.

Nº LOTE Y Nº DE SERIE

Todos los números de lote y de serie fabricados después de junio 2016

FABRICANTE

Cheetah Medical (Israel) Ltd., Israel

DISTRIBUIDOR

Baxter S.L., Pouet de Camilo, 2. 46394 Ribarroja del Turia (Valencia), España

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados monitores y cables de paciente Starling, debido a que el etiquetado podría tener información incorrecta o incompleta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Anexo A: Ejemplos de UDI en el etiquetado

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D 6 2 2 7 Y 4 9 0 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89