MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-451	PS/MJF/83563

PRODUCTO
Sistema de planificación de radioterapia Pinnacle^3. Modelos 870231 y 870237.

VERSION SOFTWARE
16.0.4, 16.4.2, 16.4.3, 16.4.6 y 18.0.1

FABRICANTE
Philips Medical Systems (Cleveland), Inc, EE UU.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A., C/ María de Portugal, nº 1. 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el sistema de planificación de radioterapia Pinnacle^3, debido a la posibilidad de exportación de dosis incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z Z Y 9 J B B 4 3 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89