MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2022-456 | PS/AVG/84500 |
| **PRODUCTO**<br>Pack de infusión avanzada VERITAS™ (referencia VRT-AI). | |
| **FINALIDAD PREVISTA**<br>Pack de bomba dual que incluye los tubos y accesorios necesarios para realizar un procedimiento de irrigación y aspiración, o un proceso de facoemulsificación. | |
| **Nº LOTE**<br>Ver en nota de aviso de la empresa. | |
| **FABRICANTE**<br>Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., EEUU. | |
| **DISTRIBUIDOR**<br>JJ Surgical Vision Spain, S.L. Paseo de las Doce Estrellas (parque de las Naciones), 5-7, 28042, Madrid | |
| **ASUNTO**<br>Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes del pack de infusión avanzada VERITAS, debido a la posibilidad de que el luer de irrigación se agriete o se rompa. | |
| **DOCUMENTOS ADJUNTOS:**<br>• Nota de aviso empresa. | |

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 23/09/2022**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: 3 2 J 9 F 2 4 9 5 6**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89