MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-459	PS/TS/84520

PRODUCTO
Tornillo Auto-Drive® de 2,0 mm x 4 mm, nº de pieza 211-2004.
UDI-PI: (01)00845694002400(10)1168342(30)1(11)220318

Nº LOTE
1168342

FABRICANTE
OsteoMed, EE.UU.

DISTRIBUIDOR
Ixom. Carrer Esteve Terrades, 9 08023 Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 1168342 del tornillo Auto-Drive® de 2,0 mm x 4 mm, debido a un error de embalaje.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S 5 W J Q J V 4 3 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89