MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-465	PS/NA/85127

PRODUCTO
Reactivos Atellica:

- CH Lithium_2 (LITH_2), ref. 11532401 (UDI-DI: 00630414287935).
- CH Litio (Li), ref. 11097535 (UDI-DI: 00630414006789).

FINALIDAD PREVISTA
Determinación de litio en el analizador Atellica CH 930.

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Cese de la utilización de los reactivos Atellica CH Lithium_2 y CH Litio, debido a la posibilidad de obtener resultados falsamente elevados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 30/09/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X R B Q P X R 6 E 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89