MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-467	PS/RJC/85410

PRODUCTO

- Recarga absorbible V-Loc™ 180 para Endo Stitch
- Recarga no absorbible V-Loc™ PBT para Endo Stitch
- Kit de procedimiento con referencia B0X00585V1

Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA

Uso con dispositivos de sutura en cirugía endoscópica para sutura continua de tejidos blandos.

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Covidien, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Medtronic Ibérica S.A., María de Portugal 11, 28050 Madrid, España
Suministros Hospitalarios S.A., C/Tortosa 201, 08918, Badalona, Barcelona, Cataluña, España

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadass recargas absorbibles V-Loc™ 180 y, recargas no absorbibles V-Loc™ PBT para Endo Stitch, así como de los kits de procedimiento que las incluyen, debido a la posible rotura de la aguja durante la sutura endoscópica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/10/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 F B X E P L 7 B C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89