ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-468	PS/MAM/81280 y PS/MAM/81281

PRODUCTO
ChemoLock™ Vial Spike, 20mm, 5 Unidades. Número de artículo: 011-CL-80S-5

FINALIDAD PREVISTA
Puerto que se utiliza como punto de acceso en los adaptadores de vial, punzones a bolsa y equipos de administración de ICU Medical y también al conector independiente para adaptar cualquier conector sin aguja para las infusiones del inyector ChemoLock.

Nº LOTE
5850506

FABRICANTE
ICU Medical, Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L. Av. de la Transición Española, 24 4ª Pl. – P.E. Omega. Edif. Gamma, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 5850506 del producto ChemoLock™ Vial Spike 20mm, con nº de artículo 011-CL-80S-5, debido a problemas de conexión.

INFORMACION ADICIONAL
En junio de 2022 el fabricante emitió una nota de aviso informando sobre el cese de utilización de determinados lotes de dispositivos con el puerto ChemoLock debido a posibles problemas de conexión. La AEMPS transmitió esta información el 8 de julio de 2022, alerta 2022-332.

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso en la que amplía los productos afectados que podrían tener este problema de conexión.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa