MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-469	PS/PF/85238

PRODUCTO

Mueller Hinton E Agar (ver referencias en nota de aviso de la empresa).

FINALIDAD PREVISTA

Medio para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana (AST) de difusión en disco y la determinación de concentraciones inhibitorias mínimas (MIC) usando el método ETEST®.

Nºs LOTE

Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

bioMerieux S.A., Francia.

DISTRIBUIDOR

bioMerieux España, C. de Manuel Tovar 45, 28034 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinadas referencias y lotes de los medios Mueller Hinton E Agar debido a una limitación del rendimiento de crecimiento con *Staphylococcus capitis*.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/10/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E G 5 3 C C 5 2 A A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89