MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-475	PS/NA/85423
PRODUCTO Sistema ARTIS pheno.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema angiográfico de generación de imágenes radiográficas y fluoroscópicas con fin diagnóstico, intervencionista y de terapia mínimamente invasiva.	
VERSION SOFTWARE VE10B	
FABRICANTE Siemens Healthcare GmbH., Alemania.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema ARTIS pheno, debido a tres posibles problemas de software relacionados con la gestión de errores del sistema, los símbolos de apoyacabeza y el desplazamiento del soporte.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/10/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y E T E V R Y 2 7 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89