MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-473	PS/MAM/85458

PRODUCTO
Columbia CAP Agar con sangre de oveja. Número de catálogo: PB5082A
UDI-DI: 5032384128471

FINALIDAD PREVISTA
Medio selectivo para el aislamiento de bacterias grampositivas de muestras clínicas.

Nº LOTE
3532554

FABRICANTE
Oxoid Deutschland GmbH. Alemania.

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics, S.L.U., Avda. Alcalde Barnils 70, 2ª planta. 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 3532554 del producto Columbia CAP Agar con sangre de oveja debido a la posibilidad de contaminación microbiana.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/10/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 J Q R D Y V 4 9 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89