MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-477	PS/MJF/84453

PRODUCTO
Grúas de techo Molift Air, con acoplamientos de liberación rápida Molift con números de artículo 2510363, 2510077 y 2510384.

Ver modelos y números de artículo de grúa afectados en la nota de aviso de la empresa

Nº SERIE
Ver listado adjunto con números de serie de las grúas afectadas.

FABRICANTE
Etac A/S, Dinamarca.

DISTRIBUIDOR
Karinter 94 S.L; Calle Gaia, 41, Nave 4. 08110, Montcada I Reixac, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos de grúas de techo Molift Air, debido a que el acoplamiento de liberación rápida Molift podría desprenderse durante la movilización del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Listado con nºs de serie de las grúas afectadas
- Nota informativa PS, 31/2022

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/10/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C Y 7 T 6 A V 9 D 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89