DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-476	PS/JMP/85506

PRODUCTO
UNIVERSAL X URS

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de rayos X

FABRICANTE
RADIOLOGÍA, S.A., España

DISTRIBUIDOR
Radiología S.A. C/ de la Pelaya 9-13, Polígono Ind. Río de Janeiro, 28119 ALGETE, MADRID.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas UNIVERSAL X URS debido a que los tornillos que sujetan el carro a la columna podrían aflojarse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Instrucción para la verificación obligatoria (SIN 22-05-14)
- Instrucción para sustituir tornillos de la rueda dentada central (SIN 22-07-17)
- Instrucción para sustitución/ajuste de los tornillos de fijación de la corona central del carro de la columna (JOB CARD 1.10)

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/10/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z Y V N L 7 S 4 D 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89