MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-479	PS/PRV/85411

PRODUCTO
Kit del implante BME Speed™ 15x 12 mm, referencia SE-1512, UDI: 00810633020166.

FINALIDAD PREVISTA
Preparación del hueso en los procedimientos de fijación ósea y el tratamiento de fracturas y cirugía reconstructiva.

Nº LOTE
MSE210184

FABRICANTE
Synthes GmbH, Suiza

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson S.A, Paseo de las Doce Estrellas, 5-7, 28042 Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado del lote MSE210184 del kit del implante BME Speed™ 15x 12 mm, debido a que contiene una guía de broca de tamaño incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/10/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B P N P 2 P K D 0 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89