MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-484	PS/NA/85756

PRODUCTO

- Jeringa autoaspirante de doble acción, métrica, 1,8 ml, DEHP, ref. 979-2604.
- Jeringa autoaspirante de doble acción, 2,2 ml, no métrica, DEHP, ref. 979-2607.

FINALIDAD PREVISTA

Instrumento dental destinado para inyectar un agente anestésico, por vía subcutánea o intramuscular, desde un cartucho precargado de un solo uso a través de una aguja estéril acoplada.

Nº LOTE

- 20210615, 20210904 (referencia: 979-2604).
- 20210904, 20211125 (referencia: 979-2607).

FABRICANTE

HENRY SCHEIN INC. EEUU.

DISTRIBUIDOR

SPAIN DENTAL EXPRESS. C/ Dr Esquerdo 105, 28007 Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas jeringas autoaspirantes de doble acción, debido a que el soporte del cilindro de la jeringa podría desprenderse durante su utilización.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/10/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X N B L 4 Q F 4 C C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89