MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-485	PS/RJC/85718

PRODUCTO

- 10 Vitri Plate; VP 010
- 10 Warm Plate; WP 010

FINALIDAD PREVISTA

Vitrificar o calentar células, tejidos, ovocitos, embriones y blastocitos de mamíferos.

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

REPROLIFE Inc., Japón

DISTRIBUIDOR

Durviz SL, Parque Tecnológico de Valencia, Leonardo da Vinci 10, 46980, Valencia, España

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de lote de placas de almacenamiento de tejido 10 Vitri Plate y 10 Warm Plate, debido a que fueron liberados sin las Instrucciones de Uso designadas por la documentación técnica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/10/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 2 L F D 2 Y 4 0 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89