DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-487	PS/TS/85494

PRODUCTO
Electrodos BBCOM y PRECOM.
Ver referencias y números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Electrodos pediátricos para la realización de electrocardiogramas salvo la referencia 301303009 que se emplea en pruebas de esfuerzo de adultos.

FABRICANTE
Comepa Industries, Francia.

DISTRIBUIDORES
- Linde Medica SLU C/ Bailén, 105 08009 Barcelona
- Porto Medica SL Via Copernico 9 Pol.Ind. del Tambre 15701 Santiago de Compostela
- Sanguesa SA Almeda Passatge Mercurio, 4 08940 Cornella (Barcelona)

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinados electrodos BBCOM y PRECOM, debido a que el gel conductor podría desprenderse del electrodo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/10/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C 7 Q W T Q F 9 0 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89