MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-489	PS/MJF/86153

PRODUCTO
TDT (EP266): Anticuerpo monoclonal de conejo anti-deoxinucleotidiltransferasa terminal (anti-TdT)
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Marcador específico para el diagnóstico y clasificación de leucemias/ linfomas linfoblásticos y agudos.

Nº LOTE
06590025

FABRICANTE
VITRO, S.A, España

DISTRIBUIDOR
VITRO, S.A; C/ Luis Fuente Bejarano, 60. Edificio Nudo Norte (local 3), 41020 Sevilla.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 06590025 de determinadas referencias del producto TDT (EP266), debido a la posibilidad de obtener resultados falsos negativos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/10/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S 5 L 5 A 7 T 8 2 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89