DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-492	PS/PL/86035

PRODUCTOS
Tableros de extensión del sistema de mesas quirúrgicas
Referencias: 1140.20AN y 1140.20F0

FINALIDAD PREVISTA
Posicionamiento y colocación de pacientes en tratamientos quirúrgicos

Nº SERIE
Ver en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Getinge – MAQUET GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L. C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2. 28521 Rivas Vaciamadrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relativas a los tableros de extensión del sistema de mesas quirúrgicas 1140, debido a la posibilidad de colisión entre el tablero de extensión y la palanca excéntrica de la mesa quirúrgica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 27/10/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 P T T J V 2 6 3 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89